

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

ELVITA Centrum Medyczne Grupa PZU

PŚZi PZ Elvita Jaworzno III Sp.z o.o.

Elvita NZOZ Trzebinia

Pracownia Rentgenowska

ul. Harcerska 13, Trzebinia

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe (Dz.U. 2019 poz. 1792) zgodnie z art. 32c pkt. 2.

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na :

- uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące: aparat ogólnodiagnostyczny : VISARIS VISON
decyzja 2/95/2021 NP.9026.1.120.2021 z dnia 2.07.2021, MPWIS w Krakowie
stomatologiczny wewnątrzustny : SIRONA HELIODENT
decyzja 2/105/2013 NR.9026.1.119.2013 z dnia 9.08.2013, MPWIS w Krakowie
- uruchamianiu pracowni : RENTGENOWSKIEJ
NP.9026.1.120.2021 decyzja nr 1/87/2021 z dnia 2.07.2021 wydana przez MPWIS Kraków

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

- dawkomierzy indywidualnych – w ciągu minionych 12 miesięcy (02.2022-02.2023) zmierzona dawka efektywna wyniosła: odczyt kwartalny poniżej czułości detektora tj 0,1mSv– uzyskana wartość poniżej 0,4mSv/rok
- dawkomierzy środowiskowych - nie dotyczy, pomiary z użyciem dozymetru środowiskowego nie wykonywane

Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych : rutynowo jednostka nie wykonuje pomiarów dozymetrycznych osłon stałych, pomiar wykonany przy uruchomieniu pracowni - brak przekroczeń dawek dopuszczalnych dla personelu oraz osób postronnych/otoczenia (uzyskana wartość poniżej 0,5mSv/rok)

Uwaga:

- Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
- Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

PŚZi PZ Elvita-Jaworzno III Sp. z o.o.

Członek Zarządu

Krzysztof Bieniok

.....
podpis kierownika jednostki, data